FICHE TECHNIQUE

Aiguille d'injection et Anse combinées iSNARE

➢ DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Galliéni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : life@lifeurope.com **Site Internet : www.lifeurope.com**	**Correspondant matériovigilance** Responsable qualité Tél. . : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com

➢ INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :

iSnareTM
Instrument multifonctions combinant aiguille d'injection et anse à polypectomie

iSnare® s'utilise avec un endoscope de visualisation de face. iSnare® est un dispositif à double lumière dans une gaine unique offrant

- une fonctionnalité d'injection par aiguille (pour injection de support pour un soulèvement sous-muqueux de polypes ou autres lésions)
- et une anse de polypectomie par cautérisation électrique monopolaire (connexion type Olympus).

iSnare® permet aussi la perfusion de fluide afin d'éclaircir le champ de visualisation, la vaporisation de colorant, le retrait des caillots, l'injection d'agents hémostatiques afin de contrôler le saignement post-polypectomie et le marquage des sites pour le suivi médical ou à des fins chirurgicales



Références	Caractéristiques techniques	Photo
US/00711085	**Aiguille + Anse Ovale** **Gaine :** diamètre : 3 mm - longueur : 230 cm **Aiguille :** diamètre : 23 Gauge - longueur : 5 mm **Anse :** taille : 2,5x4 cm	
US/00711089	**Aiguille + Anse Hexagonale** **Gaine :** diamètre : 3 mm - longueur : 230 cm **Aiguille :** diamètre : 23 Gauge - longueur : 5 mm **Anse :** taille : 2,5x4 cm	

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **5**
Type d'emballage individuel : **Sachet**
Type d'ensemble conditionnement : **Carton**

Produit de classe IIb - Fabriqué par US Endoscopy (USA) - Marquage CE accordé par BSI, N° d'organisme : 0086- Sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Consulter la notice

FICHE TECHNIQUE

Composition du DM en contact avec le patient :

Aiguille d'injection : Acier inoxydable
Anse : Acier inoxydable

Détail de la composition

Gaine du tube :	TFE	Contact patient
Cathéter :	Peek	Contact patient
Hypo tube :	Acier inoxydable	Contact patient
Aiguille :	Acier inoxydable	Contact patient
Joint :	Laiton ou Acier inoxydable	/
Ressort de compression:	Acier inoxydable	/
Connecteur :	Acier inoxydable	Contact patient
Poignée :	ABS	Contact patient
Pic d'arrêt :	Polyetherimide	Contact patient
Câble et anse :	Acier inoxydable	Contact patient
Thermocollé :	PTFE	Contact patient
Gaine du tube :	HDPE	Contact patient
Adhésif :	Loctite	Contact patient
Extrémité :	HDPE	Contact patient
Connexion Mâle :	Polycarbonate	Contact patient

Présence de :

Latex :	❑Oui	☑Non
Produit d'origine animale :	❑Oui	☑Non
PVC :	❑Oui	☑Non
Phtalate et DEHP :	❑Oui	☑Non

Sterilité

Stérile : ☑Oui ❑Non
Mode de stérilisation : EO
Nombre d'utilisations : Usage Unique

Conservation

Conditions de conservation: Température ambiante contrôlée (15-25°C)
Durée de péremption : 3 ans

Utilisation

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice
Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice
Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant

Fabricant : US Endoscopie
Pays : Etats-Unis

Marquage CE

Marquage CE accordé par BSI, N° d'organisme : 0086
Selon la directive Européenne 93/42/CEE – Annexe II
Produit de classe II b, selon la règle 9